



# INSTRUCCIONES DE USO TUBOS O CÁNULAS DE GUEDEL

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante.**

## 1. USO PREVISTO:

- Para su uso en procedimientos de anestesia, reanimación y ventilación. Permite mantener abiertas las vías aéreas durante la anestesia o en pacientes inconscientes, impidiendo que la lengua y la musculatura orofaríngeas obstruyan el paso del aire.
- El uso del dispositivo en pacientes conscientes y/o semiconscientes está contraindicado debido a la dificultad de su introducción que podría provocar daño tisular, además de generar el reflejo nauseoso.
- El producto está destinado a ser utilizado únicamente por profesional sanitario debidamente cualificado.

**Uso exclusivo por personal sanitario cualificado**

## 2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Perservar de la luz solar directa.
- No exponer a temperaturas elevadas.
- Conservar en un sitio seco y fresco.

## 3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Uso exclusivo por personal sanitario cualificado.
- Utilizar antes de los 10 años a partir de la fecha de fabricación de la etiqueta.
- Producto de un solo uso. No reutilizar. **ATENCIÓN:** en caso de reutilización se corre grave riesgo de infección como de daños por funcionamiento incorrecto por pérdida de funcionalidad.
- NO UTILIZAR SI EL ENVASE NO ESTA INTEGRO



En caso de incidente adverso por malfuncionamiento del dispositivo, ponerse en contacto con el Fabricante y/o Autoridades Sanitarias.

## 4. INSTRUCCIONES DE USO:

1. **Elegir el tubo de tamaño adecuado:** la longitud del tubo debe coincidir con la distancia que hay entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula (mm).
2. **Introducir el tubo en la boca del paciente:** realizar una hiperextensión cervical abriendo la boca del paciente con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula. Introducir el tubo rotado 180° respecto a su posición definitiva, con la parte cóncava dirigida hacia el paladar. Girar el tubo progresivamente según se introduce en la boca hasta alcanzar la posición definitiva. Evitar en todo momento desplazar la lengua hacia atrás.
3. **Comprobar la permeabilidad del tubo realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax del paciente.**

## 5. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:

- El producto debe ser desechado siguiendo el protocolo de residuos de material biológico del hospital/ centro de salud donde se utilice.





# INSTRUCCIONES DE USO TUBOS O CÁNULAS DE GUEDEL

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante.**

## 1. USO PREVISTO:

- Para su uso en procedimientos de anestesia, reanimación y ventilación. Permite mantener abiertas las vías aéreas durante la anestesia o en pacientes inconscientes, impidiendo que la lengua y la musculatura orofaríngeas obstruyan el paso del aire.
- El uso del dispositivo en pacientes conscientes y/o semiconscientes está contraindicado debido a la dificultad de su introducción que podría provocar daño tisular, además de generar el reflejo nauseoso.
- El producto está destinado a ser utilizado únicamente por profesional sanitario debidamente cualificado.

**Uso exclusivo por personal sanitario cualificado**

## 2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Perservar de la luz solar directa.
- No exponer a temperaturas elevadas.
- Conservar en un sitio seco y fresco.

## 3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Uso exclusivo por personal sanitario cualificado.
- Utilizar antes de los 5 años a partir de la fecha de fabricación de la etiqueta.
- Producto de un solo uso. No reutilizar. **ATENCIÓN:** en caso de reutilización se corre grave riesgo de infección como de daños por funcionamiento incorrecto por pérdida de funcionalidad.
- NO UTILIZAR SI EL ENVASE NO ESTA INTEGRO



En caso de incidente adverso por malfuncionamiento del dispositivo, ponerse en contacto con el Fabricante y/o Autoridades Sanitarias.

## 4. INSTRUCCIONES DE USO:

1. **Elegir el tubo de tamaño adecuado:** la longitud del tubo debe coincidir con la distancia que hay entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula (mm).
2. **Introducir el tubo en la boca del paciente:** realizar una hiperextensión cervical abriendo la boca del paciente con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula. Introducir el tubo rotado 180° respecto a su posición definitiva, con la parte cóncava dirigida hacia el paladar. Girar el tubo progresivamente según se introduce en la boca hasta alcanzar la posición definitiva. Evitar en todo momento desplazar la lengua hacia atrás.
3. **Comprobar la permeabilidad del tubo realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax del paciente.**

## 5. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:

- El producto debe ser desechado siguiendo el protocolo de residuos de material biológico del hospital/ centro de salud donde se utilice.

